

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI EMATOLOGIA, COAGULAZIONE, VES ED EMOBLOBINE GLICATE PER I LABORATORI ANALISI DEI PP.OO. DELL'AZIENDA SANITARIA DI NUORO E DEL P.O. DELL'AZIENDA SANITARIA DI SANLURI. PERIODO 36 MESI. CIG[0375691E01]

**PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
ALLEGATO A) – SPECIFICHE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE**

Si richiedono n. 3.000 reticolociti per anno. Tale richiesta si deve considerare relativa al solo P.O. San Francesco di Nuoro o come totale complessivo per tutti i Presidi?

Si confermano n. 3.000 reticolociti per anno da eseguire nei PP.OO. di Nuoro e Sorgono.

Per i seguenti: test per lo screening del sistema della Proteina C e della Proteina S, Eparina, Proteina C, Proteina S, Lac test screening, Lac test di conferma, Fattore Von Willebrand, Fattore X, Fattore VII, Fattore XII, Fattore V, il numerotest/anno indicato è da intendersi relativo al solo P.O. San Francesco di Nuoro o come totale complessivo per tutti i Presidi?

Per un corretto conteggio del numero di test di controllo da offrire, si richiede con quale frequenza questi saranno eseguiti.

I test per screening del sistema della proteina C e della proteina S, Eparina, proteina C, proteina S, Lac e i fattori della coagulazione sono da eseguire solo nel P.O. San Francesco ogni 15 giorni circa.

Fra i test auspicabili viene richiesto il test PAI, ma non viene riportato il numero test/anno. Vanno considerati 100 test/anno come per gli altri auspicabili?

Per il numero di test per la funzionalità piastrinica si confermano 100 test/anno.

Fra i test auspicabili si richiede il test antiplasminogeno, questo è da intendersi come il test alfa 2 antiplasmina?

Il test antiplasminogeno è da intendersi come test alfa 2 antiplasmina.

Per un corretto conteggio del numero dei test di controllo da eseguire sul test D-Dimero, si richiede se questo verrà eseguito solo dal P.O. San Francesco o anche da tutti i Presidi.

Il D-Dimero verrà eseguito solo nel P.O. San Francesco.

Quale è la software house presente presso il laboratorio del P.O. di San Gavino (al quale dovranno essere interfacciati gli strumenti offerti)?

Il sistema informatico di San Gavino è quello di Noemalife, come per gli altri laboratori.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI
F.TO DR.SSA MARIA GRAZIA FIGUS**