

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO E SERVICE DELLE APPARECCHIATURE NECESSARIE PER LA DIALISI PERITONEALE. FABBISOGNO 12 MESI (ED EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI).**

**LOTTO N. 1: Dialisi peritoneale con scambio manuale (CAPD)**

(il numero dei trattamenti e i litri di soluzione dializzante sterile in sacche sono riferiti a 12 +12 mesi - Il numero dei pazienti, dei trattamenti e delle quantità riportate sono orientativi e possono variare secondo criteri clinici)

N. 8.800 trattamenti dialitici (per circa 12 pazienti), corrispondenti a 70.400 litri di soluzione dializzante in doppia sacca, con diverse concentrazioni di glucosio ed elettroliti, e con tampone: lattato a ph finale superiore 6 , bicarbonato , o bicarbonato e lattato.

L'offerta deve essere comprensiva di:

- set connessione, tappi, connettori, sacche di raccolta monouso o recipiente in plastica graduato e quanto altro indispensabile per un'ottimale svolgimento della dialisi;
- occorrente per la sostituzione di n. 2,5 set paziente/anno;
- kit medicazione emergenza catetere peritoneale n. 180 per paziente;
- riscaldatore per sacche e dinamometro;
- bilancia pesa persone leggibile dal paziente in posizione eretta.

**Importo presunto della fornitura ..... €. 264.000**  
**CIG 0513646216 ..... contributo per l'Autorità di Vigilanza €. 20,00**

**LOTTO N. 2: Dialisi peritoneale automatizzata (APD)**

(il numero dei trattamenti e i litri di soluzione dializzante sterile in sacche sono riferiti a 12+12 mesi - Il numero dei pazienti, dei trattamenti e delle quantità riportate sono orientativi e possono variare secondo criteri clinici).

N. 8.800 trattamenti dialitici (per circa 12 pazienti trattati) corrispondenti a 100.000 litri di soluzione dializzante con diverse concentrazioni di glucosio ed elettroliti, e con tampone lattato a ph finale superiore 6, bicarbonato , o bicarbonato e lattato.

L'offerta deve essere comprensiva di :

- apparecchiatura o cycler, requisiti essenziali:
  1. sicuro, silenzioso, facilmente trasportabile;
  2. programmato per tutte le modalità di trattamento (IPD, CCPD, NIPD, TIDAL, ecc.);
  3. programma di controllo e regolazione automatica del flusso della soluzione dialitica da e verso la cavità peritoneale;
  4. Garanzia del controllo dei seguenti parametri: volume totale, volume di scarico, durata trattamento, tempo di sosta in peritoneo, numero di cicli, ultrafiltrato totale e del singolo ciclo, temperatura soluzione;
  5. predisposto per la teledialisi e per la gestione del trattamento tramite supporto informatico o card paziente.

Devono essere garantite le norme di sicurezza CEI e la copertura assicurativa.

N.B. l' idoneità all' utilizzo del cyclor a domicilio è di competenza della ditta aggiudicataria.

- set connessione, tappi, sacca di scarico, contenitore graduato per la raccolta del dialisato dotato di sistema di ancoraggio della linea di scarico e quanto altro necessario per un ottimale svolgimento della dialisi;
- occorrente per la sostituzione di n°2,5 set paziente;
- kit medicazione emergenza catetere peritoneale n°180 per paziente;
- bilancia pesa persone leggibile dal paziente in posizione eretta.

**Importo presunto della fornitura ..... €.** 440.000

**CIG 051364948F ..... contributo per l' Autorità di Vigilanza €.** 20,00

**Per entrambi i sistemi:**

1. supporti software per l' analisi dell' adeguatezza di ogni tipo di dialisi peritoneale;
2. impedenziometro monofrequenza per valutazione stato idratazione direttamente al letto del paziente;
3. n° 40 cateteri per dialisi peritoneale, doppia cuffia, in silicone morbido o in poliuretano; modello e lunghezza secondo esigenze cliniche;
4. servizio di formazione e assistenza tecnico-scientifica post vendita.

**LOTTO N. 3:**

N. 20.000 litri di soluzione dializzante contenente poliglucosio (icodestrina), per CAPD e APD (fabbisogno 12+12 mesi - le quantità riportate sono orientative e possono variare secondo criteri clinici).

**Importo presunto della fornitura..... €.** 8.200

N.B. è obbligatoria la campionatura del materiale di consumo e cyclor, nel numero di 2 pz. per 10 trattamenti.