

Procedura aperta per la fornitura di “**Materiali sanitari e Dispositivi medici per Elettrofisiologia**” per il P.O. “S. Francesco” dell’Azienda Sanitaria di Nuoro – fabbisogno 12 mesi (ed eventuale proroga di ulteriori 12 mesi).

Si comunica che, per mero errore materiale, nell’elenco relativo ai “defibrillatori automatici impiantabili” non è stato incluso il lotto N. 7B che di seguito si descrive:

#### **LOTTO 7B**

**N° 12 Defibrillatori automatici impiantabili rate-responsives bicamerali con sensore accelerometrico, cassa attiva programmabile via software, energia massima erogabile non inferiore a 30J, comprensivi di elettrocateri dedicati.**

**(indicare separatamente l’offerta per il dispositivo e per gli elettrocateri)**

#### **Caratteristiche tecniche:**

- Modo di stimolazione con commutazione AAI-DDD-AAI in caso di blocco AV di I, II e III grado;
- Analisi di cicli lenti ventricolari in caso di aritmie atriali condotte al ventricolo;
- Frequenza massima di stimolazione atrio-ventricolare programmabile a valori superiori al minimo cut-off di riconoscimento di aritmia ventricolare;
- Terapia ATP in zona VF, con criterio di stabilità;
- Algoritmi di prevenzione delle tachicardie ventricolari;
- Volume contenuto (non superiore a 30 cc.).

Importo presunto del lotto €. 144.000