

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MICROBIOLOGIA OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FRANCESCO DI NUORO. PERIODO 12 MESI. CIG[05135502DD]

**PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
ALLEGATO A) – SPECIFICHE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE**

INFORMAZIONI E SPECIFICHE RELATIVE AL COLORATORE DI VETRINI

“SI RICHIEDONO:

N. 1 COLORATORE PER COLORAZIONE DI GRAM PER 1000 VETRINI ANNUI

**N. 1 COLORATORE PER COLORAZIONE DI ZIHEL NEELSEN PER 400 TEST ANNUI
CON FORNITURA SIA DI COLORANTI CHE DI VETRINI.”**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI
F.TO DR.SSA MARIA GRAZIA FIGUS**