

Oggetto: Cottimo fiduciario per la fornitura di “Materiale per Radiologia – Sez. Senologia”.

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che, che mero errore nel lotto N. 5 (voci 8 e 9), le clips richieste sono state descritte “metalliche”.

La richiesta corretta è da intendersi: “clip non riassorbibile permanente ecovisibile **ametallica.....**”

Nuoro, 12 novembre 2010

F.to Il Responsabile del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Grazia Figus

Ignazia Aroni – Coll.re Amm.vo  
Tel. 0784/240809 – fax 0784/38557  
Mail: aroni.acquisti@aslnuoro.it