

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Nuoro – Regione Sardegna

Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 – cottimo fiduciario - per la fornitura "Sistemi per la riparazione del prolasso e per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile" occorrenti alla U.O. Ostetricia - Ginecologia del P.O. "San Francesco" di Nuoro. Fabbisogno 12 mesi ed eventuale proroga di ulteriori 12 mesi.

Verbale della Commissione preposta al vaglio delle offerte.

2° seduta:

In data 24/04/2014 alle ore 9,30 presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice preposta alla disamina delle offerte relative all'acquisto in economia di cui all'oggetto, per la valutazione delle schede tecniche prodotte dalle 9 Ditte partecipanti alla gara.

Sono presenti i componenti:

Dr. Antonello Podda	Dirigente Amm.vo Serv. Provveditorato	Presidente
Dr.ssa Pietrina Deiana	Dirigente Farmacista	Componente
Sig.ra Francesca Puggioni	Collaboratore Amministrativo	Componente
Sig.ra Ignazia Aroni	Collaboratore Amministrativo	Segretario.

A seguito della disamina della documentazione tecnica la Commissione all'unanimità rileva quanto segue:

Lotto N. 1 Sistema transotturatorio out-in per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile composto da due aghi e una bendarella in polipropilene con guaina di protezione e sutura riassorbibile di pensionamento. Innesto a baionetta tra introduttori e mesh.

- Alfamed: non ha la sutura di tensionamento
- Memis: non ha la sutura di tensionamento e l'innesto a baionetta
- Bard: non ha la sutura di tensionamento e l'innesto a baionetta
- MDM: non ha l'innesto a baionetta
- Sanifarm: non ha la sutura di tensionamento e l'innesto a baionetta
- Terapon: non ha l'innesto a baionetta
- Sandro Carta: non ha l'innesto a baionetta
- Sirio Medical: non ha la guaina di rivestimento, la sutura di tensionamento e l'innesto a baionetta
- Gamed: conforme alla richiesta.

Lotto N. 2 Sistema mini invasivo per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile composto da un introduttore e una bendarella in polipropilene con punte auto fissanti occultabili con l'ago. Sistema di sgancio a pulsante. Riposizionabile. Ancoraggio per infissione al muscolo otturatorio con una sola incisione vaginale.

- Alfamed: la punta non è occultabile con l'ago
- Bard: la punta non è occultabile con l'ago
- Sanifarm: non è riposizionabile
- Sandro Carta: non ha punte autofissanti occultabili; non sgancio a pulsante.
- Gamed: conforme alla richiesta.

Lotto N. 3 Sistema transotturatorio per la riparazione del prolasso anteriore composto da quattro introduttori, una rete centrale in polipropilene con quattro braccia con guaina di protezione e sutura di pensionamento. Connessione a scatto tra aghi e braccia della rete.

- Alfamed: non ha 4 passaggi transotturatorii, ma 2 transotturatorii e 2 prepubici; non ha la guaina di rivestimento e la sutura di tensionamento.
- MDM: non transotturatorio
- Terapon: non ha l'attacco a baionetta; non ha la guaina di rivestimento e la sutura di tensionamento.

- Sandro Carta: non in polipropilene
- Gamed: conforme alla richiesta.

Lotto N. 4 Sistema mini invasivo per la riparazione del prolasso anteriore e apicale con approccio trans vaginale ad incisione singola composto da due introduttori con guaina di protezione, due braccetti con punte auto fissanti, due bottoncini di bloccaggio e una rete in polipropilene con punte auto fissanti per ancoraggio per infissione al muscolo otturatorio.

- Alfamed: non ha i braccetti con punte autofissanti e le punte non sono protette da guaina.
- Bard: non ha i braccetti con punte autofissanti.
- MDM: non ha i braccetti, non ha un sistema ad infissione ma utilizza un sistema che transfigge i tessuti con un meccanismo a capio.
- Sandro Carta: non è in polipropilene
- Gamed: conforme alla richiesta.

La seduta pubblica in cui saranno aperti i plichi contenenti le offerte economiche è fissata per il giorno 08/05/2014 alle ore 9,30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

f.to Presidente: Dr. Antonello Podda

f.to Componente: Dr.ssa Pietrina Deiana

f.to Componente: Sig.ra Francesca Puggioni

f.to Segretario: Sig.ra Ignazia Aroni