

**REGIONE  
SARDEGNA****ASL Nuoro****AUTONOMA DELLA****COTTIMO FIDUCIARIO***ex art. 125 D.Lgs. 163/2006***“FORNITURA DI OTTICHE RIGIDE ENDOSCOPICHE OCCORRENTI  
ALL’U.O. OCULISTICA DEL P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO”****VERBALE****DEI LAVORI SVOLTI DALLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE**

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti** del mese di **aprile**, alle ore **9:03** presso i locali del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, si è riunita la Commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto.

Sono presenti:

<b>Dott. Antonello Podda</b>	<b>Presidente</b>
Dott. Costantino Saccheddu	Componente
Sig.ra Roberta Desogus	Componente
Sig.ra Giuseppina Bartolozzi	Segretario

Si premette quanto segue:

- che, ai sensi della vigente normativa, la lettera di invito protocollo n. 2015/8803 del 19.02.2015 contenente le modalità della procedura e le caratteristiche dei prodotti richieste per i dispositivi occorrenti all’U.O. di Otorino del P.O. San Francesco è stata pubblicata nell'albo pretorio on line dell'Azienda, sul sito [www.aslnuoro.it](http://www.aslnuoro.it);

- che entro il termine perentorio fissato dalla lettera di invito (ore **12:00** del **10.03.2015**) sono pervenute n. 6 offerte, elencate di seguito:

- 1) Almed SRL
- 2) Cardiomed SRL
- 3) Medical SPA
- 4) Olumpus Italia SRL
- 5) Sanifarm SRL
- 6) Sirio Medical SRL.

Tutto ciò premesso, il Presidente, accerta la validità della seduta, da inizio ai lavori della Commissione che si svolgono in locale aperto al pubblico; viene rilevata l'assenza dei rappresentanti.

La Commissione inizia quindi le operazioni di apertura dei plichi pervenuti, contenenti la documentazione, attribuendo contestualmente ai medesimi un numero progressivo, secondo

quanto sopra indicato; al fine di verificare, sulla scorta delle prescrizioni contenute nella succitata lettera di invito, la completezza e la regolarità della documentazione ivi contenuta.

A	B	C	D	E
Ottica rigida endoscopica 175 mm – 0° - diam. 2,8 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 30° - diam. 2,8 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 0° - diam. 4 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 30° - diam. 4 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 45° - diam. 4 mm.

Nel corso delle verifiche viene rilevato che:

- 1) i prodotti della Ditta Almed sono risultati tutti conformi;
- 2) la Ditta Cardiomed non ha fornito le schede tecniche per i prodotti di cui ai punti B e D; inoltre le ottiche offerte dalla medesima sono risultate non conformi per lunghezza e diametro;
- 3) i prodotti offerti dalla Medical sono risultati non conformi per lunghezza e diametro di cui al punto A e B, mentre sono conformi le ottiche di cui al punto C, D ed E;
- 4) i prodotti della Ditta Olympus Italia sono risultati non conformi per lunghezza e diametro;
- 5) le ottiche della Ditta Sanifarm sono risultate non conformi, inoltre la descrizione indicata nell'offerta economica è difforme da quella esibita nelle schede tecniche;
- 6) i prodotti della Sirio Medical sono risultati non conformi per lunghezza e diametro di cui al punto A e B, mentre sono conformi le ottiche di cui al punto C, D ed E.

Il Presidente legge le offerte economiche presentate dalle Ditte che sono state ammesse al proseguo della procedura, tali offerte sono riportate nella seguente tabella:

	A	B	C	D	E
Ditta	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 0° - diam. 2,8 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 30° - diam. 2,8 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 0° - diam. 4 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 30° - diam. 4 mm.	Ottica rigida endoscopica 175 mm – 45° - diam. 4 mm.
1) ALMED	€ 1.685,00 1°	€ 1.685,00 1°	€ 1.353,00 1°	€ 1.353,00 1°	€ 3.300,00 3°
2) Cardiomed	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme
3) Medical	Non conforme	Non conforme	€ 2.665,00 3°	€ 2.768,00 3°	€ 2.882,00 2°
4) Olympus	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme
5) Sanifarm	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme
6) Sirio Medical	Non conforme	Non conforme	€ 1.425,32 2°	€ 1.672,23 2°	€ 1.545,31 1°
Aggiudicazione provvisoria	ALMED	ALMED	ALMED	ALMED	SIRIO MEDICAL

La procedura viene aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ex. art. 82 del G.lgs 163/06 e ss.mm.ii..

La Commissione propone pertanto le seguenti aggiudicazioni provvisorie alle Ditte:

**Almed per i prodotti:**

Ottica rigida endoscopica 175 mm – 0° - Ø 2,8 mm           A

Ottica rigida endoscopica 175 mm – 30° - Ø 2,8 mm       B

Ottica rigida endoscopica 175 mm – 0° - Ø 4 mm           C

Ottica rigida endoscopica 175 mm – 30° - Ø 4 mm       D

Importo Totale aggiudicato: € 6.076,00 (IVA ESCLUSA)

**Sirio Medical per il prodotto:**

Ottica rigida endoscopica 175 mm – 45° - Ø 4 mm       E


Importo Totale aggiudicato: € 1.545,31 (IVA ESCLUSA)

Il presente verbale, redatto da me Segretario in conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione di gara, previa lettura e conferma, viene letto, confermato e sottoscritto come appreso.

La seduta si chiude alle ore **10:15**.

I componenti:

Dott. Costantino Saccheddu  


Sig.ra Roberta Desogus  


Il Presidente  
Dott. Antonello Podda



Il Segretario Verbalizzante

Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

