

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1076861
Nome RDO	RDO per aggiudicazione ACQUISTO MASCHERE FACCIALI FILTRANTI FFP3 PER EMATOLOGIA P.O. "SAN FRANCESCO" DI NUORO
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (ACQUISTO MASCHERE FACCIALI FILTRANTI FFP3 PER EMATOLOGIA PO "SAN FRANCESCO" DI NUORO)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AUSL 3 NUORO
Partita IVA	00977680917
Indirizzo	Via Demurtas, 1 - NUORO (NU)
Telefono	VEDI ALLEGATO
Fax	078438557
PEC Registro Imprese	APODDA@ASLNUORO.IT
Punto Ordinante	PODDA ANTONELLO
RUP	GIUSEPPINA BARTOLOZZI EMAIL: pina.bartolozzi@aslnuoro.it

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	12864800151
Codice Fiscale Impresa	12864800151
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	12864800151
Codice Ditta INAIL	5754600
n. P.A.T.	37275015/82
Matricola aziendale INPS	4959479823
CCNL applicato	INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA
Settore	INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA

Indirizzo sede legale	VIA SAN GIUSTO 85 - MILANO (MI)
Telefono	02332031558
Fax	02332031286
E-mail di Contatto	INFO.GARE@IT.VWR.COM
Offerta sottoscritta da	DE FRANCO ANTONELLO
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	31/07/2016 13:00

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Maschere facciali filtranti FFP3 (vedi caratteristiche specifiche)
Metaprodotto	Maschere e kit per P.S.V.
Quantità Richiesta	600
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	111-0684
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Codice CND	
Monouso	*
Latex free	*
Devono soddisfare i requisiti della normativa europea EN 149:2001 + A1: 2009	*
Devono garantire un'efficace protezione da aerosol solidi e liquidi tossici che si possono formare durante la preparazione e la somministrazione dei farmaci antiblastici	*
Con stringinaso in metallo	*
Con doppio elastico regolabile per una tenuta ottimale e guarnizione interna di tenuta lungo l'intero bordo facciale	*
Dotate di valvola di espirazione in plastica che garantisce un flusso regolare dell'aria ed una riduzione di calore e di umidità all'interno del dispositivo stesso	*
Maschere facciali filtranti FFP3 monouso a conchiglia, costituito da più strati di materiale filtrante, ciascuno con caratteristiche specifiche che creano un'efficace barriera protettiva	*
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	4,821

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

OFFERTA ECONOMICA:
2892,60 Euro
Duemilaottocentonovantadue/60 Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

- Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula
- Dati di Consegna:
Magazzino Generale - Via magellano snNuoro - 08100 (NU)
- Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: ASL Nuoro - Via Demurtas 1 - 08100 Nuoro
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

AUSL 3 NUORO / CODICE FISCALE: 00977680917
- Termini di pagamento:
60 GG Data Ricevimento Fattura

ASL3

NP/2016/ 0002765 del 26/02/2016 ore 09,52

Mittente Ematologia e trapianto di midollo

Struttura Complessa di Ematologia e CTMO

Commissario Straordinario
Dott. *Mano Carmina Palermo*

Assegnatario Servizio Provveditorato - Riso

Direttore Amministrativo
Avv. Dott.ssa *Carmen Atzori*

Classifica 1.4.6 Sottolasci 2-2 del 2016

Direttore Sanitario
Dott.ssa *M. Carmela Dessì*



Boutillon

P.O. San Francesco Nuoro
Direttore Sanitario Dott. *Pasquale Arca*

Alla cortese attenzione Dr. Antonello Podda
Direttore Servizio Provveditorato Risorse Materiali

Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto di Midollo
Direttore Dott. *Giancarlo Latte*

Trapianto di Midollo e Terapia Intensiva Ematologica
Responsabile Dott. *Giancarlo Latte*
Tel. 0784 240206

Nuoro 24.02. 2016

Day Hospital
Responsabile Dott. *Angelo Palmas*
Tel. 0784 240404

Oggetto: Valutazione campionatura mascherine filtranti

Laboratorio Specialistico Ematologia
Responsabile Dott. *Marco Murineddu*
Tel. 0784 240462

IRUDEK PROTECTION : molto fastidiosa perché la guarnizione interna di tenuta stringe eccessivamente, soprattutto sul naso, causando arrossamento .

Medici
Dott. *Giancarlo Latte*
Dott. *Luigi Arru*
Dott. *Alessandro Bianchi*
Dott. *Anna Calvisi*
Dott. *Claudia Cogoni*
Dott. *Antonella Cucca*
Dott. *Gianluca Doa*
Dott. *Eleonora Gaviano*
Dott. *Maria Monne*
Dott. *Alessandro Murgia*
Dott. *Marco Murineddu*
Dott. *Angelo Palmas*

ABC TOOLS : molto fastidioso l'elastico che avanza dopo la regolazione, la guarnizione schiaccia troppo il naso e sale eccessivamente sul viso ostacolando la visione.

Biologi
Dott. *Giovanna Piras*
Dott. *Antonella Uras*

SATCOM s.r.l. : la guarnizione di tenuta non aderisce perfettamente al naso permettendo il passaggio di aria.

Coordinatore Infermieristico
Sig.ra *Annamaria Fais*

PROMED s.r.l. : ingombranti, poco adattabili al viso in quanto completamente sprovviste di guarnizione di tenuta. Gli elastici sono poco regolabili.

Infermieri Reparto
Sig.ra *Donatella Bezzu*
Sig.ra *Monica Careddu*
Sig.ra *Cecilia Carta*
Sig.ra *Irene Farina*
Sig.ra *Mariagrazia Masala*
Sig. *Antonio Masuri*
Sig.ra *Francesca Massaiu*
Sig.ra *Giacinta Pinna*
Sig.ra *Marisa Pinna*
Sig.ra *Nevina Pinna*
Sig.ra *Gianfranca Pittalis*
Sig.ra *Antonietta Pulloni*
Sig.ra *Gavina Rubeddu*

✓ V.R. Interche PB
3M: aderiscono perfettamente al viso, sono poco ingombranti, gli elastici sono ben regolati. X

Infermieri Day Hospital
Sig.ra *Caterina Carruale*
Sig.ra *Giovanna Fancello*
Sig.ra *Luigia Floris*
Sig.ra *Graziella Piras*
Sig.ra *Teresa Rubanu*
Sig.ra *Rita Sulis*

Il Direttore dell' U.O. Ematologia
Dr. *Giancarlo Latte*

Tecnici
Sig.ra *Graziella Carboni*
Sig.ra *Margherita Sanna*

Segretaria
Sig.ra *Pierina Canale*
Tel. 0784 240404



Baulson

Struttura Complessa di Ematologia e CTMO

Commissario Straordinario
Dott. Mario Carmine Palermo

Direttore Amministrativo
Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore Sanitario
Dott. Franco Logias

P.O. San Francesco Nuoro
Direttore Sanitario Dott. Pasquale Arca

Dipartimento Cure Mediche
Direttore Dott. Riccardo Ortu

**Struttura Complessa di Ematologia e
Trapianto di Midollo**
Direttore Dott. Giancarlo Latte

**Trapianto di Midollo e Terapia
Intensiva Ematologica**
Responsabile Dott. Giancarlo Latte
Tel. 0784 240206

Day Hospital
Responsabile Dott. Angelo Palmas
Tel. 0784 240404

**Laboratorio Specialistico
Ematologia**
Responsabile Dott. Marco Murineddu
Tel. 0784 240462

Bioimmunoterapie Ematologiche
Responsabile Dott. Delfia Noli
Tel. 0784 240306

Medici
Dott. Giancarlo Latte
Dott. Luigi Aru
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Anna Calvisi
Dott. Antonella Cucca
Dott. Gianluca Doa
Dott. Eleonora Gaviano
Dott. Maria Monne
Dott. Alessandro Murgia
Dott. Marco Murineddu
Dott. Delfia Noli
Dott. Angelo Palmas

Biologi
Dott. Giovanna Piras
Dott. Antonella Uras

Coordinatore Infermieristico
Sig.ra Annamaria Fais

Infermieri Reparto
Sig.ra Donatella Bezzu
Sig.ra Monica Careddu
Sig.ra Cecilia Carta
Sig.ra Irene Farina
Sig.ra Mariagrazia Masala
Sig. Antonio Masuri
Sig.ra Francesca Mesina
Sig.ra Giacinta Pinna
Sig.ra Mersa Pinna
Sig.ra Nevina Pinna
Sig.ra Gianfranca Pittalis
Sig.ra Antonietta Pulloni
Sig.ra Gavina Rubeddu

Infermieri Day Hospital
Sig.ra Giovanna Fancello
Sig.ra Luigia Floris
Sig.ra Graziella Piras
Sig.ra Teresa Rubanu
Sig.ra Rita Sufis

Tecnici
Sig.ra Graziella Carboni
Sig.ra Margherita Sanna

Segretaria
Sig.ra Pierina Canale
Tel. 0784 240404

**Alla cortese attenzione Dr. Antonello Podda
Direttore Servizio Provveditorato Risorse Materiali**

ASL3

NP/2015/ 0016888 del 17/12/2015 ore 09,40

Mittente: Ematologia e trapianto di midollo

Assegnatario: Servizio Provveditorato - Riso

Classifica: 1.4.6 Sottofasc. 6-2 del 2015



Nuoro 15.12. 2015

Oggetto: Mascherine filtranti

In riferimento alla lettera prot. n. NP/2015/0010495 riguardante la richiesta di filtri facciali FFP3 si prende atto che la formulazione della richiesta ha portato a una difficoltà di comparazione dei prodotti offerti. Al fine di evitare il riproporsi di questa situazione si ritiene opportuno fornire una descrizione più accurata del presidio richiesto:

Filtrante facciale monouso a conchiglia, costituito da più strati di materiale filtrante, ciascuno con caratteristiche specifiche che creano un'efficace barriera protettiva. Dotato di valvola di espirazione in plastica che garantisce un flusso regolare dell'aria, una riduzione di calore e di umidità all'interno del dispositivo stesso.

Doppio elastico regolabile per una tenuta ottimale.

Guarnizione interna di tenuta lungo l'intero bordo facciale.

Stringinaso in metallo.

Deve soddisfare i requisiti della normativa europea EN 149: 2001 + A1: 2009

Deve garantire un'efficace protezione da aerosol solidi e liquidi tossici che possono formarsi, nel nostro caso, durante la preparazione e la somministrazione dei farmaci antitumorali.

Si richiede la scheda tecnica del dispositivo, la certificazione e la campionatura.

Il Direttore dell' U.O. Ematologia

Dr. Giancarlo Latte

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Ospedale "San Francesco" - Nuoro
U.O. Ematologia
Dirigente Medico

Direttore: Dott. Giancarlo Latte

C.F. 00317680917