



Azienda Sanitaria locale N. 3

Barbagie Baronie Mandrolisai Marghine
Regione Autonoma della Sardegna

**DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
SERVIZIO DEGLI ACQUISTI**

IL RESPONSABILE
Dr. ssa Maria Grazia Figus

AREA TECNICO OSPEDALIERA
Ing. Carlo Giusti

AREA TECNICA TERRITORIALE
Ing. Valerio Carzedda

SEGRETERIA

SETTORE ACQUISTI:
Dr. Franco Casula

Area ospedaliera e distrettuale:

- u.o. conto capitale
- u.o. beni economici
- u.o. servizi generali

Area farmaceutica:

- u.o. materiali diagnostici
- u.o. materiale sanitari
- u.o. medicinali

SETTORE PATRIMONIO

- u.o. patrimonio mobiliare
- u.o. patrimonio immobiliare
- u.o. assistenza tecnica
- u.o. magazzini

- u.o. Cassa economato e gestione automezzi



ENERGY MANAGER



SISTEMA INFORMATICO

Prot: _____

Nuoro,

OGGETTO: Appalto per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'attivazione del Centri Dialisi di Siniscola.

CHIARIMENTI

Dall'esame del capitolato di gara è emerso un elemento che potrebbe generare dubbi interpretativi.

1) Si rileva effettivamente nella previsione dell'art. 4 del Capitolato speciale di gara un elemento che necessita di un chiarimento interpretativo.

L'art. 4 fa riferimento infatti ad una "configurazione minima" riguardo alle caratteristiche generali del Centro Dialisi e, nello specifico, nella individuazione della sala dialisi cronici per pazienti non infettivi, richiede appunto un minimo di n. 8 posti letto.

Tuttavia nell'economia generale delle previsioni di capitolato è evidente che le necessità effettive rappresentate dall'Azienda prevedono l'attivazione di una sala dialisi cronici per pazienti non infettivi per n. 10 posti letto con possibilità di ulteriore espansione per ulteriori n. 2 posti (Vedi art. 5 che prevede il dimensionamento dell'impianto trattamento acque).

Relativamente alla sala dialisi contumaciale per pazienti infettivi si conferma la necessità di disporre di una dotazione minima per n. 2 posti letto anche se, nella fase iniziale, si procederà ad attivarne uno solo.

Quanto sopra è confermato dalle richieste elencate nell'allegato al capitolato che indica le apparecchiature da fornire in service laddove si fa riferimento ad un numero totale di 11 reni e 11 letti bilancia (n. 10 per cronici AU negativi e n. 1 per cronici AU positivi).

Si ritiene pertanto sia questa la corretta interpretazione delle esigenze dell'Amministrazione in sede di redazione del Capitolato Speciale di gara.

2) Si comunica altresì che i dati relativi agli allacci delle utenze idriche, fognarie, elettriche e telefoniche potranno essere richiesti al Geom. Pietro Bidoni, Responsabile delle Attività Manutentive del Distretto di Siniscola. A tal fine si comunicano i relativi recapiti telefonici: 0784/871355 – 3338503249 Fax 0784/877676.

Distinti saluti

**Il Responsabile del Servizio Acquisti
D.ssa Maria Grazia Figus**