

AZIENDA SANITARIA DI NUORO

Nuoro – Regione Sardegna

Oggetto: Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per l'espletamento in unione d'acquisto della procedura di gara per la fornitura dei dispositivi di cui al gruppo H della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) "Suture chirurgiche e Suture meccaniche". **GARA N: 5390193**

Verbale della Commissione preposta al vaglio delle offerte.

Con note datate 17 e 23 febbraio 2015, inviate tramite PEC, la Ditta Prodifarm SpA di Sassari ha segnalato la presenza di possibili incongruenze nelle offerte dei lotti NN. 29 – 35 – 40 e 50 del gruppo A delle Suture chirurgiche, aggiudicati alla Ditta B.Braun SpA di Milano. In data 26 febbraio 2015, alle ore 10:00, primo giorno utile determinato dalla contemporanea disponibilità di tutti i componenti, presso la Farmacia del P.O. "S. Francesco" si è riunita la Commissione Giudicatrice. Oggetto della riunione è l'accertamento della conformità o meno al Capitolato Speciale di Gara delle offerte tecniche relative ai predetti lotti NN. 29 – 35 – 40 e 50 del gruppo A delle Suture Chirurgiche.

La Commissione Giudicatrice al riguardo ha rilevato quanto segue:

- Lotto N. 29 (aggiudicataria Ditta B.Braun) i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.
- Lotto N. 29 (2° aggiudicataria Ditta Prodifarm) i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.
- Lotto N. 29 (3° aggiudicataria Ditta Tecnomedical) i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.
- Lotto N. 29 (4° aggiudicataria Ditta Covidien) i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.

- Lotto N. 35 (aggiudicataria Ditta B.Braun): i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.

- Lotto N. 40 (aggiudicataria Ditta B.Braun): i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.
- Lotto N. 40 (2° in graduatoria Ditta Tecnomedical) i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.
- Lotto N. 40 (3° in graduatoria Ditta Covidien) i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.

- Lotto N. 50 (aggiudicataria Ditta B.Braun): i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale non raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.

- Lotto N. 50 (2° in graduatoria Ditta Prodifarm) i dispositivi esaminati che rispettano i parametri prescritti nel Capitolato Speciale raggiungono l'80% richiesto ai fini della valutazione del lotto stesso.

Pertanto, per quanto sopra, accertata la mancata conformità delle offerte alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 3 e 6 del Capitolato Speciale di Gara dei lotti NN. 29 – 40 e 50 e delle voci NN. 3 – 6 – 14 – 18 – 33 – 38 – 42 – 44 – 45 – 46 – 73 – 74 – 75 e 85 del lotto N. 35, la Commissione all'unanimità decide di procedere alla revoca dell'aggiudicazione alla Ditta B.Braun SpA di Milano relativamente ai lotti sopra richiamati e alla conseguente aggiudicazione del lotto N. 50 e delle voci NN. 6 – 14 – 18 – 33 – 38 – 42 – 44 – 45 – 46 – 73 – 74 – 75 e 85 del lotto N. 35 alla Ditta Prodifarm SpA di Sassari. La voce N. 3 del medesimo lotto viene assegnata alla Ditta Covidien SpA di Roma.

Per i lotti NN. 29 e 40 si procederà all'indizione di una nuova procedura di gara in quanto dalle verifiche effettuate, anche tutte le offerte tecniche presentate dalla Ditte che seguono in graduatoria risultano essere *non conformi*.

Si da atto che gli esiti degli accertamenti saranno oggetto di apposito provvedimento deliberativo di cui sarà data comunicazione a tutte le Ditte interessate.

Il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

F.to Dott. Antonello Podda
F.to Dr.ssa Pietrina Deiana
F.to Dr. Francesco Cossu
F.to Dr. Carlo De Nisco
F.to Dr. Antonio Sale

F.to Il Segretario Verbalizzante
Sig.ra Ignazia Aroni